



### EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 032/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, bem como pelos decretos municipais nº 162/2005 e nº 103/2006, resolve **RETIFICAR o Edital nº 027/2015 do Pregão Eletrônico nº 019/2015** como segue:

1. Alterar a Descrição do Item 1 do edital 027/2015 no Anexo I - Termo de Referência/Modelo Proposta, passando a seguinte redação:

**Descrição:** Câmara Vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, medicamentos e termolábeis, capacidade para armazenamento de **no mínimo 280 litros (úteis)**, refrigeração com circulação de ar forçado que proporciona temperatura uniforme em todas as gavetas, câmara interna em aço inoxidável, com no mínimo quatro prateleiras ou gavetas fabricadas em aço inoxidável, isolamento térmico **de no mínimo 7 cm** nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema anti-embacamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior em LCD, com saída USB e pen drive, independente de computador ou software, para armazenamento de dados e relatórios, comando eletrônico digital micro processado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução, sistema de alarme sonoro, visual e escrito no painel de todos os eventos que ocorrerem, temperatura de momento, máxima, mínima e bateria simultaneamente no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia – liga/desliga, luz interna em LED, temporizada, com acionamento externo mesmo com porta fechada **ou** por tempo programável com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em 220 volts, 50/60 Hz, Manual do proprietário em Português. Registro na ANVISA. ISSO 13.485. **Discagem telefônica para no mínimo três números sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica ou ocorrer a falta de energia convencional**, Sistema de emergência integrado para manter a temperatura por até 48 horas sem energia elétrica. Com frete, seguro de transporte e instalação. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e/ou montagem, fornecidas pelo fabricante ou pelo Contratado, abrangendo todas e quaisquer peças ou componentes.

2. Os demais termos do Edital nº 027/2015 permanecem inalterados conforme a redação original.

São Vicente do Sul, 09 de abril de 2015.

**FERNANDO DA ROSA PAHIM**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Este Edital de retificação foi examinado e aprovado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2015 pela Procuradoria Jurídica Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, uma vez que esta Procuradoria não detém conhecimento técnico sobre o mesmo.

\_\_\_\_\_  
Rosa Maria P. Pedroso  
Procuradora Jurídica Municipal  
OAB/RS Nº 82.156

