

**ATA 002 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 – REGISTRO DE PREÇOS
SRP - Fraldas Descartáveis Adultas**

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se na sala de reuniões do Consórcio Intermunicipal da Região Centro/RS, Rua Lamartine Souza, 68 – N. Sra de Lourdes – Santa Maria/RS, a Enfermeira do Município de Mata, Josie Gabriela Seidel – COREN/RS 135694, e a Enfermeira do Município de Jari, Alessandra Porto Fantinel – COREN/RS 244546, nomeados pela Portaria nº 005/2024, com a finalidade de analisar as amostras de fraldas das empresas classificadas, conforme **item 7.1.5 do Pregão Eletrônico nº 002/2024 – Registro de Preços – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM SAÚDE - FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTAS**. Foram analisadas as amostras das empresas que as enviaram, quais sejam: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA; B2G SAÚDE LTDA; JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA – ME; MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO LTDA; METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. O resultado da análise consta no quadro abaixo:

Item	Descrição	Empresa	Observações após análise da Comissão
01	FRALDA ADULTO TAMANHO PEQUENO (P)	1ª colocada - JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME	Reprovada. Manta/faixa de absorção com tamanho inferior ao tamanho mínimo indicado no edital. Não possui a camada interna de não-tecido.
		2ª colocada - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Reprovada. Manta/faixa de absorção com tamanho inferior ao tamanho mínimo indicado no edital. Cobertura não é seca.
		5ª colocada - MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO LTDA	A empresa foi inabilitada
		6ª colocada - METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	APROVADA
		10ª colocada - B2G SAÚDE LTDA	A empresa foi inabilitada
02	FRALDA ADULTO TAMANHO MÉDIO (M)	1ª colocada - JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME	Não possui a camada interna de não-tecido. E não atende os Kg, não serviu no pacote de 56 kg.
		2ª colocada - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Reprovada. Não atende os Kg, cobertura não é seca. Manta/faixa de absorção com tamanho inferior ao tamanho mínimo indicado no edital.
		8ª colocada - MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO LTDA;	A empresa foi inabilitada
		12ª colocada - METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	APROVADA
		17ª colocada - B2G SAÚDE LTDA	A empresa foi inabilitada
03	FRALDA ADULTO TAMANHO GRANDE (G)	1ª colocada - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Reprovada. Manta/faixa de absorção com tamanho inferior ao tamanho mínimo preconizado no edital, bem como não corresponde ao tamanho indicado na embalagem (não serviu em paciente de 80 Kg). Cobertura não é seca
		2ª colocada - JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME	Reprovada. Manta/faixa de absorção com tamanho inferior ao tamanho mínimo preconizado no edital, bem como não corresponde ao tamanho indicado na embalagem (não serviu em paciente de 80 Kg). Não possui a camada interna de não-tecido.
		10ª colocada - MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO LTDA	A empresa foi inabilitada
		11ª colocada - METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	APROVADA
		18ª colocada - B2G SAÚDE LTDA	A empresa foi inabilitada

CENTRO DO ESTADO/RS – CI/CENTRO

04	FRALDA ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE (XG)	1ª colocada - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Reprovada. Manta/faixa de absorção com tamanho inferior ao tamanho mínimo preconizado no edital, bem como não corresponde ao tamanho indicado na embalagem.
		2ª colocada - JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME	Reprovada. Manta/faixa de absorção com tamanho inferior ao tamanho mínimo preconizado no edital, bem como não corresponde ao tamanho indicado na embalagem. Cobertura não é seca
		6ª colocada - MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO LTDA	A empresa foi inabilitada
		8ª colocada - METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Reprovado tamanho da manta, recorte da fralda inapropriado(fotos) em anexo
		16ª colocada - B2G SAÚDE LTDA	A empresa foi inabilitada
05	FRALDA ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE (XXG)	1ª colocada - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Reprovada. Manta/faixa de absorção com tamanho inferior ao tamanho mínimo preconizado no edital, bem como não corresponde ao tamanho indicado na embalagem. Cobertura não é seca
		2ª colocada - JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME	Reprovada. Não atende os Kg do edital , bem como não corresponde ao tamanho indicado na embalagem. Não possui a camada interna de não-tecido.
		6ª colocada - MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO LTDA	A empresa foi inabilitada

A empresa MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO LTDA também enviou as amostras, porém foi inabilitada pois apresentou os seguintes documentos em desacordo com o edital: **7.1.2 Regularidade Fiscal (c)** Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; **(d)** Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual; **(e)** Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal; **(f)** Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS; **(h)** Alvará de Localização com data vigente ou taxa do pagamento do exercício. A empresa B2G SAÚDE LTDA também enviou as amostras, porém foi inabilitada pois apresentou os seguintes documentos em desacordo com o edital: **7.1.2 Regularidade Fiscal (c)** Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; **7.1.3 Declaração (a), (b) e (c)**. Amanhã (16/07/2024), às 10h será aberto o prazo para manifestação de interesse das licitantes em interpor recurso. Sendo o que havia para o momento, assina-se a presente ata.

Comissão Técnica:

Josiel Gabriela Seidel
COREN/RS: 135694

Alessandra Porto Fantinel
COREN/RS 244546

Pregoeira:

Equipe de Apoio:

Amanda De Cesaro

Alan Douglas Oldenburg

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02

Marca: ***Whf Master Confort – Tamanhos P, M, G, XG e XXG.***

Foto 1 – Comprimento longitudinal da manta Fralda P;

Foto 2 – Comprimento central da manta Fralda P;

Foto 3 – As metragens da Fralda P;

Foto 4 – Não tem cobertura seca;

Foto 5 e 6 – Paciente 80kg - Fralda G, não possui formato anatômico, sendo assim ela não ajusta na cintura do paciente;

Foto 7 – Comprimento longitudinal Fralda G;

Foto 8 – As metragens da Fralda G;

Foto 9 – Absorção, não tem cobertura seca;

Foto 10 – Gel absorvente;

Foto 11 – Comparação do gel absorvente de outra fralda;


Foto 12 - Comprimento longitudinal Fralda XG;

Foto 13 - As metragens da Fralda XG;

Foto 14 - Comprimento longitudinal Fralda XXG.




























B2G SAÚDE LTDA, CNPJ 51.691.302/0001-94

Marca: *Higifral, tamanhos G e XG.*

Foto 1 e 2– Pessoa com 80kg – Fralda G;

Foto 3 - Comprimento longitudinal da manta, Fralda G;

Foto 4 – Comprimento central da manta, Fralda G;


Foto 5 -Comprimento da cintura, Fralda XXG;

Foto 6 – Metragem da Fralda XXG;









JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA – ME, CNPJ 23.720.752/0001-22

Marca: ***Senior Life Plus Tamanho P (20kg a 45kg) - Cintura: (40cm a 90cm)***


Foto 1 – Comprimento central da manta;

Foto 2 – Comprimento longitudinal da manta;

Foto 3 – Não possui a camada de tecido não tecido na parte interna, ao longo da cintura;


Foto 4 – Gel absorvente;


Foto 5 – As metragens da fralda.











JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA – ME, CNPJ 23.720.752/0001-22

Marca: ***Senior Life Plus Tamanho M (40kg a 70kg) - Cintura: (70cm a 120cm)***

Foto 1 – Comprimento longitudinal da manta;

Foto 2 – Comprimento central da manta;


Foto 3 – Comprimento da cintura;

Foto 4 e 5 – Pessoa com 57kg;


Foto 5 – As metragens da fralda testada.











JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA – ME, CNPJ 23.720.752/0001-22

Marca: ***Senior Life Plus Tamanho G (70kg a 90kg) - Cintura: (100cm a 140cm)***

Foto 1 – Fralda com defeito;


Foto 2 – Comprimento da cintura;

Foto 3 – Paciente com 80 kg;

Foto 4 e 5 – As metragens da fralda testada.







JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA – ME, CNPJ 23.720.752/0001-22


Marca: ***Senior Life Plus Tamanho XG (acima de 80kg) - Cintura: (120cm a 160cm) e
Senior Life Plus Tamanho XG (acima 100kg) - Cintura: (acima 160cm)***

Foto 1 – Comprimento central da manta;


Foto 2 – Comprimento longitudinal da manta;

Foto 3 – As metragens da fralda testada;

Foto 4 – Comparação entre os tamanhos XG e XXG.









**MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ
41.977.198/0001-45**

Marca: *Whf Master Premium – Tamanhos XG e XXG.*

Foto 1 – Comprimento longitudinal da manta Fralda XXG;

Foto 2 – Comprimento central da manta Fralda XXG;

Foto 3 – Absorção, possui cobertura seca;

Foto 4 – Gel absorvente;


Foto 5 – Embalagem descrevendo que a fralda possui mais gel absorvente.











NOVIDADE!
 SISTEMA DIFUSOR DE LÍQUIDOS COM MAIS GEL ABSORVENTE E MELHOR PERFORMANCE

FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS.

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO COM MELHOR ABSORÇÃO

BARREIRAS QUE EVITAM VAZAMENTO

INDICADOR DE UMIDADE

**METROMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ
83.157.032/0001-22**

Marca: ***Tena, tamanhos P e M.***

Foto 1 – Comprimento longitudinal da manta, Fralda P;

Foto 2 – Comprimento central da manta, Fralda P;

Foto 3 – Gel absorvente;

Foto 4 – Metragem da Fralda P;

Foto 5 – Comprimento longitudinal da manta, Fralda M;

Foto 6 e 7- Pessoa com 57kg;

Foto 8 - Metragem da Fralda M.

Marca: ***Biofral, tamanhos G e EG***

Foto 9 e 10 – Pessoa com 80kg – Fralda G;

Foto 11 – Comprimento central da manta, Fralda G;

Foto 12 – Metragem da Fralda G;

Foto 13 - Comprimento longitudinal da manta, Fralda EG.

