

Relatório de Análises 17318/2020.0

Proposta Comercial: PC1872/2020.1

Data de Publicação: 22/10/2020 16:11

| Identificação Conta | |
|---|------------------------------|
| Cliente: M. TESTA CONFECÇÃO ME | CNPJ/CPF: 23.829.339/0001-09 |
| Endereço: Avenida Genei Uehara, 1263 - Jardim Nova Italia - Cianorte - Paraná - CEP: 87203-196 - Brazil | |
| Telefone: (44) 3629-1275 | |

| Nº Amostra: 17318-1/2020.0 - MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS TRIPLA CAMADA | |
|---|---|
| Tipo de Amostra: Nãotecido para artigos de uso odontomédico-hospitalar | |
| Data Recebimento: 13/10/2020 15:15 | |
| Quantidade recebida: 5UN | Informações Adicionais: COMPOSIÇÃO : DUAS CAMADAS DE TNT 20G E UMA CAMADA SMMMS 50G |
| Lote: 000214499 | Data de Fabricação : 07-05-2020 |
| Data de Validade: 07-05-2022 | |

Resultados Analíticos

| MICROBIOLOGIA | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------|----|--------------|-----------------------------|--------------|
| Análise | Resultado | Especificação | LQ | Incerteza | Referência | Data Análise |
| Determinação da eficiência de filtragem bacteriana | 99,4 % | Maior ou igual a 95 % | - | (95.3;103.7) | NBR 14873:2002 (modificada) | 19/10/2020 |

| Especificações |
|--|
| ABNT NBR 15052:2004 e RDC ANVISA Nº 356/ RDC ANVISA Nº 379 |

| Interpretações |
|---|
| Amostra em conformidade (BFE \geq 95%) com a ABNT NBR 15052:2004 e RDC ANVISA nº 356, de 23.03.2020, alterada pela RDC ANVISA nº 379, de 30.04.2020 - Requisitos para a fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde. |

| Notas |
|--|
| <p>O resultado desta análise tem significação restrita e se aplica apenas ao item (s) analisado (s). Este relatório deve ser reproduzido por inteiro. Reprodução de partes deste relatório requer autorização da Medlab. As informações referentes à caracterização da amostra analisada foram fornecidas pelo cliente juntamente com o envio da amostra. Este documento foi assinado digitalmente e possui validade jurídica, equivalente a uma assinatura de próprio punho, a validade da assinatura pode ser verificada clicando-se sobre a mesma.</p> <p>- A(s) amostra(s) recebida(s) estava(m) acondicionada(s) adequadamente, sem sinais de violação, deterioração, fechada(s) e integra(s) sem comprometer a qualidade dos ensaios realizados.</p> <p>- Para regra de decisão da conclusão o laboratório não utiliza a incerteza de medição na avaliação da conformidade.</p> <p>Legendas</p> <p>NA: Não se aplica.</p> <p>LQ: Limite de Quantificação.</p> <p>VMP: Valor Máximo Permitido.</p> <p>As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília</p> |


KAREN YURINSHIZAKA
Analista Responsável – Microbiologia
CRQ/SP 04496264
Karen Yuri Ishizaka
Responsável pela publicação da amostra

Chave de Validação: a01f67068c8d4482a36b7ea263fc6e22

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylmsweb.com.